Intoxilyzer Test Record and Checklist
NDOAG Crime Lab. Div., Bismarck, ND 58501

CMI, Inc. Intoxilyzer — Alcohol Analyzer
North Dakota Model 8000 — SN 80-006504
Location = WESO — 8164.14.00 09/16
07/14/2020 — 17:15

Test	AC	Time
01 Room Air	RFI*	17:17
02 Room Air	0.000	17:17

*Invalid Test
Inhibited - RFI

Sub Name = TEST, TEST TEST
Sub DOB = 12/12/1996
Sub Sex = Male — Weight = 120
Test = DUI — Cit = 0000
Dr. Lic. = ND/OIE662939
Lot No = 24119080A1
Cyl No = 12
Expiration Date = 11/05/2021
County = 52 — Oper No. = 131495



Operator Signature
MICHAEL BEAVER

Remarks: RFI

Form 106-I8000